



河南国方计量测试技术有限公司

Henan Guofang Metrology & Testing Technology Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: GFJL25050192

Certificate No.



25AA008590003

客户单位:

Customer

洛阳炬星窑炉有限公司

客户地址:

Address

河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

器具名称:

Name of instrument

数字温度指示调节仪

制造单位:

Manufacturer

厦门宇电

型号规格:

Model/Specification

AI-858AX3LOS1

器具编号:

Instrument No.

858936000296

管理编号:

Management No.

/

结论:

Conclusion

所校准项目符合技术要求

校准人:

Operator

司吉

核验人:

Inspector

薛光峰

批准人:

Authorized Signatory

薛光峰

职务:

Position

经理

Manager

接收日期:

Received Date

2025 年 05 月 09 日

Year

Month

Day

校准日期:

Calibration Date

2025 年 05 月 12 日

Year

Month

Day

签发日期:

Issue date

2025 年 05 月 13 日

Year

Month

Day

地址: 河南省郑州市中牟县汽车工业园

邮编: 451450

客服电话: 0371-6212 6628

投诉电话: 0371-62169900

传真: 0512-82692522

网址: hngfjl@yeah.net

Address:

Post Code:

Tel:

Complaints Call:

Fax:

Web Site:

Automobile Industrial Park, Zhongmu, Zhengzhou, Henan

451450

0371-6212 6628

0371-62169900

0512-82692522

hngfjl@yeah.net



证书编号: GFJL25050192

Certificate No.

1. 本实验室所出具的数据均可溯源至国际单位制(SI)。

All data issued by this laboratory are traceable to International System of Units(SI).

2. 未经本实验室书面许可,不得部份复制本证书。本证书分离使用无效。

This certificate shall not be reproduced except in full,if not allowed by the laboratory.Invalid for separation using.

3. 本证书校准结果仅对本次所校器具有效。

The results are valid only for the instrument(s).

4. 本次校准所依据的技术文件(代号、名称):

Reference documents for this calibration(code, name):

JJF 1664-2017《温度显示仪校准规范》

5. 校准地点、环境条件:

Place and environmental conditions of the calibration:

地点:

本公司热学室

温度: (20.5~21.5) °C

湿度: (49~54) %RH

Location

Temperature

Relative humidity

建议下次校日期:

2026

年

05

月

11

日

Suggest next calibrate date

Year

Month

Day

6. 本次校准所使用的主要计量标准器具:

Main measurement standards used in this calibration:

名称/型号 Name/Specification	编号 Number	测量范围 measuring range	溯源证书号/有效 期限 Certificate No./Due Date	溯源单位 Traceable organization	不确定度/准确度等级 /最大允许误差 Uncertainty or Accuracy Class or Maximum permissible error
综合校验仪 ASC300	9749007	TC(-100~1800) °C RTD(-200~630) °C DCV: 10mV~10V DCI: (4~20)mA OHM: (5~400) Ω f: (1~10k) Hz	GFJL25032500 2025-06-30	河南国方计量 测试技术有限 公司	0.02级

校准结果

Results of calibration

证书编号: GFJL25050192

Certificate No.

1. 外观检查(Appearance check): 符合要求 OK 传感器信号类型: K型 热电偶

2. 温度示值误差的校准(Temperature indication error calibration):

校准点 Calibration point (°C)	示值误差 Indication error (°C)	允差 MPE (°C)	扩展不确定度 Uncertainty ($k=2$)	结论 Conclusion 符合/不符合 Pass/Fail
0.0	-0.1	± 2.4	$U = 0.7^{\circ}\text{C}$	Pass
300.0	-0.1	± 2.4	$U = 0.7^{\circ}\text{C}$	Pass
600.0	-0.2	± 2.4	$U = 0.7^{\circ}\text{C}$	Pass
900.0	-0.3	± 2.4	$U = 0.7^{\circ}\text{C}$	Pass
1200	0	± 2	$U = 1^{\circ}\text{C}$	Pass

3. 说明(Directions):

依据JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》方法评定扩展不确定度。

On the basis of JJF1059.1-2012 the method of " evaluation and expression of uncertainty in measurement " evaluates uncertainty.

以下空白
Blank below